



SKI indkøbsaftale på diabetesprodukter

Vedr. ekstra teknisk dialog på SKI-aftalen 50.97 Diabetesprodukter.

Kommentarer til bilag B, Kravspecifikation.

2. Generelle krav

Udover at alt materiale vedr. produkter herunder vejledninger skal være skrevet på dansk, bør det også være muligt at rekvirere vejledningerne på flere fremmedsprog. Ligeledes er det ønskværdigt, at der i brugsvejledningen er udarbejdet let billedmateriale, af hensyn til de læsesvage brugere.

3.2 Krav til blodsukkermåler

Vi ser følgende punkter kunne være relevante at have med i overvejelserne ift. kravene til en blodsukkermåler.

- Apparatets teststrimmel kan håndteres på en enkel måde og uden større anstrengelser, så mennesker med diabetes med nedsat kraft i hænder/fingre selv kan måle blodsukker. Derved kan man udgå behov for hjælp fra hjemmepleje
- Kan registrere insulindosis i den indbyggede dagbog
- Har indbyggede vejledende funktioner, som f.eks. genkendelse af mønstre i blodsukkerværdierne, forslag til insulindosis o. Lign
- Kan markere, om de enkelte blodsukkermålinger er taget før eller efter indtagelsen af et måltid
- Kan tænde lys i displayet. Af hensyn til tydeligheden, bør tallene ikke være med gult lys, af hensyn til de ældre brugere.

☐ Stationsparken 24, st. tv.
2600 Glostrup

Telefon 66 12 90 06

☐ Fax 65 91 49 08
info@diabetes.dk
www.diabetes.dk

CVR-nr. DK-35 23 15 28

3.3 Krav til lancetter

Det skal være muligt at bestille lancetter og fingerprikker med minimum 150 stk. af hensyn til hjælpemiddelbekendtgørelsen §9 - For personer, der har diabetes og behandles med tabletter, der kun har krav på op til 150 lancetter/fingerprikker årligt.

3.4 Krav til penkanyler

Kanylen skal passe til de gængse insulinpenne. Dette er meget vigtigt, idet den mindste uregelmæssighed i samlingen mellem pen og kanyle udgør en risiko for, at insulin løber ved siden af. Dosis bliver dermed upræcis, hvilket kan få alvorlige følger. Disse skal være nemme at betjene og med en udformning, der giver et sikkert greb, så nålen bliver sat korrekt på insulinpenne.

Kommentarer til bilag C, Tilbudsliste.

Under blodsuktermåler

- Til positionsnr. 9 side 9, ville det være ønskværdigt at det fremgår at blodsuktermåleren har ekstra store, tydelige tal
- Til positionsnr. 9 side 9, er det ønskværdigt at det fremgår, at blodsuktermåleren har lys, hvor bloddråben skal optages på strimlen af hensyn til synshandicappede

Såfremt I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Rådgivningskonsulent Isabel Christensen: tel 63129068, mail ich@diabetes.dk eller Teamleder i Rådgivningen Susanne Degrande: tel 63129061, mail sde@diabetes.dk

Med venlig hilsen

Susanne Degrande, Teamleder
Lene Kølle, Diabetessygeplejerske
og Isabel Christensen, Socialfagligkonsulent