

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024



I 2024 blev der gennemført 40 udgående sundhedsfaglige tilsyn med målepunkter målrettet tandklinikker.

Af de 40 tilsyn var 23 baseret på stikprøver, seks var opfølgende tilsyn på tandklinikker, der tidligere havde fået påbud om at rette op på større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, og 11 var reaktive tilsyn på baggrund af konkrete bekymringer.

Bekymringer for patientsikkerheden på bestemte tandklinikker kan fx komme fra patienter eller sundhedspersoner. Når der opstår bekymring om sikkerheden for patienter på en tandklinik, vurderer vi altid, om der er grundlag for et tilsyn. Det kan være et administrativt tilsyn, hvor vi beder om at se instrukser, journaler og andet skriftligt materiale. I 2024 foretog vi 25 administrative tilsyn med tandklinikker.

Vi kan også vælge at foretage et såkaldt reaktivt udgående tilsyn på baggrund af en bekymring. Her vurderer vi patientsikkerheden med udgangspunkt i målepunkterne for tandklinikker.

Udover de tilsyn, der var målrettet tandklinikker, gennemførte vi i 2024 også to såkaldte opstartstilsyn med nyetablerede tandklinikker. Opstartstilsyn tager udgangspunkt i få, generelle målepunkter, der er ens for alle typer af behandlingssteder. Formålet er at hjælpe nystartede klinikker med at blive klædt på til arbejdet med patientsikkerhed.

Læs mere om sundhedsfaglige opstartstilsyn med nye behandlingssteder på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](https://stps.dk).

I 2024 gennemførte vi desuden fem reaktive og et opfølgende tilsyn med behandlingssteder på det kliniske tandteknikerområde. Opgørelserne nedenfor omfatter hverken det kliniske tandteknikerområde eller opstartstilsyn, men alene udgående, sundhedsfaglige tilsyn på tandlægeklinikker.

Resultater fra tilsynene

Efter hvert tilsynsbesøg vurderer vi, om der er problemer af betydning for patientsikkerheden på klinikken.

Ved 12 af de stikprøvebaserede tilsyn, et reaktivt tilsyn og tre opfølgende tilsyn var samtlige målepunkter opfyldt, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved 11 stikprøvebaserede tilsyn, otte reaktive og et opfølgende tilsyn vurderede vi, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det indebærer, at der ved tilsynsbesøget var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt, men at vi vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebærer en større risiko for patientsikkerheden, og at den enkelte klinik relativt let ville kunne rette op på disse forhold.


**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024



Fordeling af sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker i 2024



Der var større problemer af betydning for patientsikkerheden ved et opfølgende tilsyn og et reaktivt tilsyn. Det vil sige, at der ved tilsynene var problemer af betydeligt omfang, som medførte en risiko for patientsikkerheden. Denne vurdering udløser et påbud eller fastholdelse af påbud til klinikken om at rette op på problemerne inden for en nærmere fastsat tidsfrist og et nyt tilsynsbesøg, hvor vi ser på, hvorvidt ændringerne er gennemført, og om påbuddet kan ophæves.

Ved et opfølgende og et reaktivt tilsyn fandt vi kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Denne vurdering indebærer, at der er forhold, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Her kan vi give et påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist, indtil det kan dokumenteres, at de patientsikkerhedsmæssige krav, der er stillet til virksomheden, er opfyldt. Også her følger vi op med et nyt tilsynsbesøg.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024



Målepunkter

De målepunkter, tilsynene på tandklinikker i 2024 tog udgangspunkt i, havde særligt fokus på organisering, ledelse og arbejdsgange på tandklinikkerne. De handlede bl.a. om:

- Delegation af forbeholdt virksomhed
- Medicinsk anamnese
- Brug af antibiotika
- Journalføring af røntgenoptagelser
- Håndtering af medicin og materialer
- Patientens retsstilling
- Hygiejne og rengøring

Se alle målepunkter på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](https://stps.dk).

Se en oversigt over opfyldelsen af alle målepunkter på tværs af tilsynene på side 5.

Opmærksomhedspunkter fra tilsynene

De målepunkter, der gav anledning til anmærkninger ved flest tilsyn, handlede om:

- Journalføring af røntgenoptagelser
- Journalføring af informeret samtykke til behandling
- Daglig rengøring på klinikken

Journalføring af røntgenoptagelser

Ved 28 procent af tilsynene var der mangler i journalføringen af indikation for røntgenoptagelser og/eller beskrivelse af røntgenoptagelser. Røntgenundersøgelsen medvirker til at give det komplette billede og dermed en korrekt samlet diagnose med baggrund i kliniske og radiologiske fund. Hvis disse beskrivelser ikke journalføres, er der risiko for, at sygdomme og andre tilstande bliver overset.

Manglende diagnosticering kan udgøre en risiko for yderligere sygdomsudvikling, samt at patienten ikke får tilbudt den rigtige behandling og dermed en risiko for skader, som kunne være undgået.

Læs mere om journalføring for tandlæger på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](https://stps.dk).

Journalføring af informeret samtykke til behandling

Ved 25 procent af tilsynene var der mangler i journalføringen af det informerede patient-samtykke. Det er vigtigt, at patienterne får tilstrækkelig information om en behandling inden den iværksættes, så de kan sige ja eller nej til behandlingen på et oplyst grundlag. Derfor skal der indhentes et informeret samtykke forud for undersøgelse og behandling.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

www.stps.dk

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024



Et informeret samtykke til behandling indebærer ikke kun patientens accept af behandlingen, men også, at patienten har fået information om prognose og eventuelle komplikationer i forbindelse med den foreslåede behandling samt alternative behandlingsforslag, hvis det er relevant. Samtykket skal journalføres sammen med den information, patienten har fået.

Læs mere om informeret samtykke og journalføring heraf i værd at vide-arket [Om informeret samtykke og journalføring heraf på det tandfaglige område.](#)

Daglig rengøring på klinikken

Ved 23 procent af tilsynene var der mangler i forhold til den daglige rengøring på klinikken.

De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut beskriver metoder til rengøring på tandklinikker. Det overordnede formål er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale.

For tandklinikker indebærer det bl.a., at lokaler skal rengøres dagligt samt ved synlig forurening. Tandtekniske rum, gange i klinikområdet, depot, toilet, behandlingsrum, røntgenrum og rum til sterilisation rengøres med våde, rene klude og rent vand tilsat rengøringsmiddel og tørres efter med rene, tørre klude. I disse områder må man ikke støvsuge for ikke at hvirvle støv op.

Læs mere om hygiejne på tandklinikker i de [Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker.](#)

Godt at vide for tandlæger

På [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](#) kan du finde svar på mange af de ofte stillede, fagspecifikke spørgsmål og svar vedrørende tilsynet med tandklinikker.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600


www.stps.dk

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024



Målepunktopfyldelse ved udgående, sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2024

1. Instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (27)
2. Instrukser for delegation (26)
3. Medicinsk anamnese (39)
4. Journalgennemgang vedr. medicinsk anamnese (39)
5. Interview om ordination af antibiotika (38)
6. Journalgennemgang vedr. ordination af antibiotika (25)
7. Journalføring af røntgenoptagelser (40)
8. Medicin- og materialehåndtering inkl. akutberedskab (40)
9. Interview om informeret samtykke til behandling (40)
10. Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling (40)
11. Kontrol af autoklave (40)
12. Sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug (40)
13. Vandkvalitetsprøver af unitvand (40)
14. Daglig rengøring på klinikken (40)



■ Opfyldt ■ Ikke opfyldt

OBS: Grundet afrunding er summen af procentpoint ikke nødvendigvis 100 ved hvert målepunkt.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600