

Tilsynsrapport

Tandlæge Charlotte Kahlke

Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn

Tilsyn på tandklinikker 2025

Tandlæge Charlotte Kahlke
Slotsgade 38 2
3400 Hillerød

CVR- nummer: 15423080 **P-nummer:** 1000921000 **SOR-ID:** 556621000016009

Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2025

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Sagsnr.: 35-2011-20208



1. Vurdering

Konklusion efter partshøring

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget bemærkninger til rapporten.
Vi afslutter tilsynet.

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den **01-04-2025** vurderet, at der på tandklinikken **Tandlæge Charlotte Kahlke** er:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruks gennemgang ved det aktuelle tilsyn.

Røntgen:

Vi har i vores vurdering lagt vægt på, at der i alle de gennemgåede journaler var mangelfuld røntgenbeskrivelse af fund eller manglende beskrivelse af billedet med baggrund i årsagen til, at billedet er taget. Klinikken var indforstået med de mangler, der blev fremlagt, og ville rette op på dette fremadrettet.

Daglig rengøring:

Vi har i vores vurdering lagt vægt på, at der blev gjort rent på klinikken, men at rengøringen blev foretaget tre gange om ugen samt i weekenden. Klinikken har åbent mandag til fredag og rengøringen bliver derfor ikke udført dagligt, som det kræves. Vi har desuden i vores vurdering lagt vægt på, at klinikken havde en skriftlig instruks for rengøring, men at denne instruks ikke beskrev, hvilken rengøringsmetode der blev anvendt i de enkelte rum. Instruksen indeholdt ikke en angivelse af de enkelte rums hygiejneniveau, hvilket afgør hvilken metode der skal anvendes ved rengøring.

Vi rådgav desuden ved tilsynet klinikken om ikke at have tastatur, mus, mussemåtte, handsker, mundbind, instrumenter m.m. stående indenfor aerosolzonen i behandlerrummet. Klinikken gav udtryk for at man fremadrettet ville rette op på disse forhold.

Vi vurderer, at klinikken vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet.

Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

2. Henstillinger

Henstillinger

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

Num mer	Navn	Henstillinger
7.	Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser	Behandlingsstedet skal sikre, at der er journalført beskrivelse af de anførte røntgenoptagelser.
14.	Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken	- Behandlingsstedet skal sikre, at procedurerne for den daglige rengøring af klinikken efterlever gældende krav. - Behandlingsstedet skal sikre, at der er skriftlig retningslinje for daglig rengøring af klinikken – uanset om rengøringen udføres af klinikpersonalet eller ekstern leverandør.

3. Fund ved tilsynet

Behandlingsstedets organisering

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
1.	Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)	X			
2.	Gennemgang af instrukser for delegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)	X			

Faglige fokuspunkter

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
3.	Interview vedrørende medicinsk anamnese	X			
4.	Journalgennemgang vedrørende medicinsk anamnese	X			
5.	Interview vedrørende ordination af antibiotika	X			
6.	Journalgennemgang vedrørende ordination af antibiotika	X			
7.	Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser		X		I tre ud af de tre gennemgåede journaler var røntgenbeskrivelsen mangelfuld, idet der var fund på røntgenoptagelserne, som ikke var beskrevet.

Medicinhåndtering

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
8.	Interview og gennemgang af medicin- og materialehåndtering herunder akutberedskab	X			

Patienters retsstilling

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
9.	Interview om informeret samtykke til behandling	X			
10.	Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling	X			

Hygiejne

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
11.	Interview og gennemgang af dokumentation for kontrol af autoklave	X			
12.	Interview og observation vedrørende sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug	X			
13.	Interview og observation vedrørende vandkvalitetsprøver af unitvand	X			

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
14.	Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken		X		Klinikken fik ikke foretaget daglig rengøring, som det kræves. Der blev rengjort tre hverdage samt i weekenden. Klinikken havde en skriftlig instruks for rengøring, men det var ikke tydeligt, hvilken rengøringsmetode, der blev anvendt i de forskellige rum. Det var ikke angivet, hvilket hygiejne niveau de forskellige rum havde.

Øvrige fund

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
15.	Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici	X			Der var ikke øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici

4. Relevante oplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

- Klinikken Tandlæge Charlotte Kahlke er en privatejet tandlægeklíník beliggende Slotsgade 38 2. sal, 3400 Hillerød. Klinikken deler adresse med en anden tandlægeklíník. Klinikken bestod ved tilsynet af ejer tandlæge Charlotte Kahlke, en klinikassistent samt en administrativ medarbejder.

Begrundelse for tilsyn

Tilsynet var et planlagt - udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Om tilsynet

- Ved tilsynet blev målepunkter for Tandklinikker 2025 anvendt.
- Der blev gennemført interview af ledelse og medarbejdere
- Der blev gennemført gennemgang af instrukser
- Der blev gennemgået tre journaler for målepunkterne 4,7 og 10 og en journal for målepunkt 6. Journalerne blev udvalgt på tilsynsbesøget

Ved tilsynet deltog: Klinikejer tandlæge Charlotte Kahlke samt klinikkens eneste klinikassistent.

Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til: Klinikejer tandlæge Charlotte Kahlke samt klinikkens eneste klinikassistent

Tilsynet blev foretaget af:

- Britt Eisenreich, tandlæge
- Sara Schrøder, tandlæge

Lovgrundlag og generelle oplysninger

I kan finde information om lovgrundlaget for tilsynet på vores hjemmeside www.stps.dk under [Lovgrundlag og generelle oplysninger](#). Her kan I også læse mere om tilsynets formål, baggrund, forløb og vurdering.